

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный врач  
АН ДОО «Алмазик»

Л.С. Григорян

«    »      2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на покупку бесконтактного инфракрасного термометра Bergcom JXB-178


1. Общие сведения		
№	Наименование	Данные
1.1.	Основание приобретения	Необходимость перевооружения
1.2.	Условия эксплуатации	Медицинский кабинет детских садов - филиалов АН ДОО «Алмазик»
1.3.	Назначение оборудования	Комплектация медицинского кабинета
1.4.	Режим работы оборудования	2 сменный режим работы, 11 часов
1.5.	Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании	Отсутствует
1.6.	Тип изготовления оборудования	Стандартное
1.7.	Год изготовления оборудования не ранее	Поставляемый товар должен быть новым, ранее не используемым.
1.8.	Сведения о производителях (изготовителях) оборудования	Производится список известных производителей оборудования (информация о поставщиках не указывается). Для оборудования, приобретаемого по результатам предварительного технического отбора, указывается конкретный изготовитель требуемой марки (марок)/ модели (моделей). Недопустимо предоставление технической документации и руководства в виде ксерокопий.
1.9.	Срок ввода оборудования в эксплуатацию	До 15.09.2022 г.
2. Общие технические характеристики		

2.1.	Производительность, грузоподъемность	Согласно паспортным данным
2.2.	Тип привода	Согласно паспортным данным
2.3.	Напряжение, мощность привода	Согласно паспортным данным
2.4.	Габаритные размеры, не более	Согласно паспортным данным
2.5.	Масса, не более	Согласно паспортным данным
2.6.	Конструктивное исполнение	Согласно паспортным данным
2.7.	Срок службы оборудования и основных рабочих органов, не менее	Согласно паспортным данным
2.8.	Параметры электроснабжения потребителей	220В
3. Комплектность поставки		
3.1.	Вспомогательное оборудование	Не требуется
3.2.	Материалы, инструменты, принадлежности входящие в стоимость оборудования	Стандартный ЗИП
3.3.	Запасные части и расходные материалы не входящие в стоимость оборудования	Стандартный ЗИП
3.4.	Документация	Паспорт на оборудование, сертификаты соответствия для использования в медицинском кабинете, инструкция по эксплуатации
3.5.	Монтажные, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, выполняемые поставщиком оборудования.	Не требуется
3.6.	Обучение обслуживающего персонала поставщиком оборудования	Не требуется
3.7.	Проектно- изыскательские работы, выполняемые поставщиком оборудования	Не требуется
3.8.	Гарантийные обязательства	Не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования

#### 4. Общие технические характеристики

№	Наименование	Характеристики
4.1.	Бесконтактный инфракрасный термометр Bergcom JXB-178	<p>Питание - 2 батарейки типа АА</p> <p>Количество режимов работы - режим <math>t^{\circ}\text{C}</math> тела/ режим <math>t^{\circ}\text{C}</math> помещения/ режим <math>t^{\circ}\text{C}</math> поверхности</p> <p>Тип дисплея - LCD</p> <p>Способ измерения - Инфракрасный бесконтактный</p> <p>Материал корпуса - Пластик</p> <p>Автоматическое выключение - Да</p> <p>Звуковой сигнал - Да</p> <p>Подсветка - 3 цвета в режиме <math>t^{\circ}\text{C}</math> тела</p> <p>Поверка: Не подлежит поверке</p> <p>Объем памяти - 32 измерения</p> <p>Диапазон измерения температуры - 32,0-43,0/ 0-40 / 0-60 <math>^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Габариты прибора - 155x100x40 мм</p> <p>Погрешность измерения: <math>\pm 0,3^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Регистрационное удостоверение РУ</p> <p>Срок службы – 10000 измерений</p> <p>Гарантия производителя – 12 мес.</p> <p>Количество 98 штук ✓</p>

Составила СПОСДиП



Г.М. Кушаева